



대한소화기내시경학회

☎1211-7514 서울특별시 마포구 양화로 156. 817호(동고동, LG팰리스 8층) 전화: 02-335-1552 FAX: 02-335-2690 E-mail: gie@kams.or.kr Homepage: www.gie.or.kr

이 사장 / 김 명 환
회 장 / 설 상 영
부이사장 / 최 명 규
총무기획이사 / 이 성 구
학술이사 / 김 호 각
편집이사 / 함 기 백
재무이사 / 정 일 권
교육수련이사 / 최 석 렬
자격심사이사 / 김 용 태
정보전산이사 / 이 종 균
보험의무이사 / 최 황
소독이사 / 전 훈 재
설외이사 / 문 영 수
윤리및내시경질관리이사 / 이 용 찬
부총무이사 / 이 수 택
이 오 영
동 석 호
감 사 / 김 재 선
이 등 호

대소내 : 제2013-251호

2013. 7. 30

수 신 : 회원제위

제 목 : “대장내시경 검사에 사용 금지된 장세척제” 처방 자제 협조 요청

회원 선생님의 건승을 기원합니다.

대장내시경 검사에 사용 금지된 장세척제와 관련하여 보건복지부에서 대한의사협회로 의사의 품위손상 해당 여부에 대한 의견요청이 있었고, 대한의사협회 중앙윤리위원회에서는 본 학회로 검토 요청이 있었습니다.

본 학회는, 우리나라에서 인산나트륨제제를 대장내시경 검사의 장세척 용도로 사용하는 것은 적절하지 않으며, 현재 처방하고 있는 의료인에 대해서는 약제의 위해에 대하여 다시 한 번 주의를 환기시키는 것이 바람직하다고 생각한다는 회신을 보낸 바 있습니다.

회신 결과 대한의사협회에서 본 학회 회원 선생님께서 “대장내시경 검사에 사용 금지된 장세척제”를 처방하지 않도록 첨부와 같이 홍보를 요청해 왔습니다.

회원 선생님께서는 첨부된 대한의사협회 공문 내용을 확인하시고 적극 협조하여 주시기를 당부 드립니다.

감사합니다.

첨부 : 대한의사협회 공문 1부. 끝.

대한소화기내시경학회

이 사장

김 명 환

회 장

설 상 영

