등급

## 우수내시경실 인증제 시설 및 장비 평가 항목

시설 및 장비 평가 항목은 내시경 및 부속기기, 시설 및 공간, 응급 구호 장비 및 환자 감시 체계 항목으로 구분한다. 모든 의료 기관에 모든 평가 항목을 적용할 수 없기 때문에 필수 항목과 권장 항목으로 나누어 제시한다. 내시경 기기 항목은 검사에 필요한 내시경 장비의 유지/보수에 대한 내용으로 내시경의 유지/보수, 적절한 내시경 부속 기구를 구비하고 있는지를 포함한다. 시설 및 공간 항목은 내시경실에서 갖추어야 할 시설 및 공간뿐만 아니라 검사실, 소독 및 세척실, 회복실에서 갖추어야 할 시설 및 공간을 포함한다. 응급 장비 및 환자 감시 체계 항목에서는 시술과 관련된 환자의 안전을 확보하기 위한 생체 징후 파악 및 응급소생술에 필요한 장비를 구비하는 항목으로 구성되어 있다. 100% 충족해야 하는 필수 항목 16개, 현재 필수적이지는 않지만 추후에 중요 해질 수 있는 권장 항목 7개로 구성되어 총 23항목으로 구성되어 있다.

우수내시경실 인증제 평가 항목

분류

	구구네시경을 건둥세 당기 영속	ᅙᆸ
	필수 항목(16항목)	
내시경 및 부속 기구 (3항목)	<ul> <li>1 내시경 손상 여부를 정기적으로 확인하고 보수해야 한다.</li> <li>2 내시경 검사 합병증에 대처할 수 있는 내시경 치료 기구를 구비해야 한다.</li> <li>3 내시경 시술과 관련된 부속 기구 기록을 보관해야 한다.</li> </ul>	필수
시설 및 공간 (7항목)	1 내시경실 내에 환자 탈의실과 옷장이 성별에 따라 각각 분리되어 운영되고 있다.	필수
	2 내시경 검사를 위해서 내시경실에 화장실이 설치되어 있어야 한다.	필수¹
	3 내시경 검사 전 환자가 대기할 수 있는 공간이 설치되어 있어야 한다.	필수
	4 내시경실에 환자 상담을 위한 공간이 있어야 한다.	필수1
	5 외래 진료실과 구분되는 내시경 검사실이 있어야 한다.	필수
	6 진정내시경을 시행하는 경우, 환자 회복을 위한 검사실과 독립된 공간이 있어야한다.	
	7 내시경 회복실에 침상 사이를 구분할 수 있는 커튼이나 칸막이가 있어야 한다.	
응급 구호 장비 및 환자 감시 체계 (6항목)	1 회복실 침상마다 환자의 진정 회복 정도를 감시할 수 있는 산소포화도 측정 장치(pulse oximeter) 및 산소, 혈압계를 갖추고 있어야 한다.	필수
	2 심폐소생술과 응급처치에 필요한 응급 약품 등을 구비한 응급 카트(emergency cart)를 구비하고 정기적으로 관리하여야 한다.	
	3 검사실 침상당 혈압, 맥박, 산소포화도 등 환자 집중 감시 장치를 갖추어야 한다.	
	4 검사실 침상마다 산소공급장치를 구비하고 있어야 한다.	
	5 심전도를 측정할 수 있는 기구가 있어야 한다.	
	6 유사시 사용할 수 있는 휴대용 산소 탱크를 갖추어야 한다.	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> 필수 항목이지만 단기간 준비로 충족이 어려운 항목으로 향후 구체적인 변경 계획이 있는 경우 다음 인증 평가까지 3년간의 평가를 유예할 수 있다.

## 권장 항목(7항목) 1 치료내시경을 시행하는 내시경실에 이산화탄소를 이용하여 송기하는 시스템을 구비할 것을 권장한다. 2 내시경 검사실에 적절한 환기 시설 설치를 권장한다. 3 내시경 각 검사실의 문의 크기는 침상의 이동이 가능한 크기여야 하며, 각 검사실의 넓이는 침상 및 준비 카트, 응급 카트가 가능한 크기로 유지할 것을 권장한다. 시설 및 공간 권장 4 내시경실에 주사 약제를 준비 및 조제하거나 보관하는 독립된 준비실 설치를 (7항목) 권장한다. 5 내시경실에 환자 퇴실 전 안정 및 회복에 필요한 일반 회복 공간 확보를 권장 한다. 6 내시경실에 직원 및 환자를 대상으로 교육할 수 있는 독립된 공간이 있어야 한다. 7 내시경실에 의료진이 대기하거나 휴식할 수 있는 공간을 권장한다.