

## 우수내시경실 인증제 과정 평가 항목

과정 평가는 소화기내시경 시술 과정 전, 중, 후에 대한 평가로, 내시경 검사에 대한 설명과 동의, 내시경 검사 과정, 조직 검사, 검사 결과 후 설명 등의 과정을 포함한다. 과정 평가에 대한 질 향상 항목은 반드시 충족해야 하는 필수 항목 19개, 권장 항목 1개, 총 20개 항목으로 구성되어 있다.

분류	우수내시경실 인증제 평가 항목	등급
	<b>필수 항목(19항목)</b>	
설명과 동의 (8항목)	1 내시경 검사 시작 전 검사자 또는 보조자가 이름, 생년월일 등을 활용하여 수검자를 확인해야 한다.	필수
	2 내시경 검사의 종류, 시행 이유와 진행 방법 등에 대하여 사전에 설명해야 한다.	
	3 상부위장관내시경 동의서는 권장 서식을 사용하거나 필수적인 내용이 모두 포함되어야 하며, 검사 전에 받아야 한다.	
	4 대장내시경 동의서는 권장 서식을 사용하거나 필수적인 내용이 모두 포함되어야 하며, 검사 전에 받아야 한다.	
	5 내시경 검사 전에 제공된 동의서에 의료진과 수검자(또는 법정대리인)의 서명이 기록되어 있다.	
	6 진정내시경을 시행할 경우 권장 서식을 사용하거나 진정 동의서에 필요한 내용이 모두 포함되어 있어야 한다.	
	7 내시경 검사 시작 전 금식 유무, 전신상태 및 병력, 항혈전제를 포함한 약물 복용력, 치아 상태(상부위장관내시경만 해당), 대장정결 상태(대장내시경만 해당) 등을 사전점검표 또는 시술 전 평가지를 통해 확인해야 한다.	
	8 대장내시경 검사 전 수검자에게 장정결의 중요성을 설명하고, 이를 위한 식이 조절 및 장정결제 복용 방법에 대하여 설명하며, 안내서를 배부해야 한다.	
검사 과정 (8항목)	1 내시경 검사 중 촬영한 사진을 파일로 저장한다.	필수
	2 상부위장관내시경 사진은 표준 촬영 부위 8장을 반드시 포함하며, 위의 경우에는 모든 부위를 영상으로 확인할 수 있도록 빠짐없이 촬영하여 영상으로 저장해야 한다.	
	3 상부위장관내시경 검사 중 위궤양, 십이지장 궤양이 관찰될 때 헬리코박터 균의 존재 유무를 검사해야 한다.	
	4 대장내시경 검사 중 맹장까지 삽입하고 맹장 삽입 여부를 결과보고서에 기록하며, 영상으로 저장해야 한다.	
	5 대장내시경 사진은 최대 삽입 위치를 촬영하고, 이후 관찰 순서에 따라 국소 병변이 없는 경우 적어도 표준 촬영 부위 8장의 사진을 포함하도록 하며, 그 외 전체 대장에 걸쳐 충분한 검사가 시행되었음을 증명할 수 있도록 선명한 사진을 추가 촬영해야 한다.	
	6 대장내시경 검사 중 검사 시간을 점검하고, 대장내시경 시 순수 관찰을 시행하는 회수 시간이 평균 6분 이상이 되도록 해야 한다.	
	7 내시경 검사 중 관찰되는 이상 소견에 대해 조직 생검을 시행해야 한다.	
	8 내시경 검사 중 발생할 수 있는 우발증에 대한 적절한 대처법을 인지하고 대처할 수 있어야 한다.	

<p><b>검사 결과 (3항목)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 내시경 검사 후 조직검사나 헬리코박터 검사를 시행하였음을 알려주고 결과 확인 방법을 안내해야 한다.</li> <li>2 수검자에게 퇴실 전 주의사항 또는 발생 가능한 합병증에 대해 설명하거나 설명서를 제공해야 한다.</li> <li>3 내시경 검사 시에 획득한 검체에 대한 관리를 기록한다.</li> </ol>	<p><b>필수</b></p>
<p><b>권장 항목(1항목)</b></p>		
<p><b>검사 결과 (1항목)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 내시경 검사 결과보고서의 수정 및 변경에 대한 지침이 있다.</li> </ol>	<p><b>권장</b></p>